

## ضوابط ساختمانی، تجهیزاتی درمانگاه دندانپزشکی

**ماده ۱۸-** حداقل فضای مورد نیاز جهت تاسیس درمانگاه ۱۵۰ متر مربع می باشد که می تواند در یک و یا حداکثر دو واحد مجاور و یا دو طبقه متوالی احداث گردد.

**ماده ۱۹-** برای بهره برداری از درمانگاه حداقل تعداد ۵ یونیت و صندلی دندانپزشکی و متعلقات مربوطه الزامی است.

تبصره: به ازای اضافه شدن هر یونیت، ۲۰ متر مربع به مساحت درمانگاه اضافه می شود

**ماده ۲۰-** فضای مورد نیاز شامل: اتاقهای معاینه با در نظر گرفتن حداقل ۱۰ متر فضا برای هر یونیت و یک متر فضای مانور، اتاق مدیریت و مسئول فنی، اتاق رادیولوژی، سالن انتظار، اطلاعات و پذیرش، نگهداری مدارک پزشکی و بایگانی، اتاق استریلیزاسیون، آبدارخانه، رختکن به تفکیک خانم ها و آقایان، اتاق تی شوئی و سرویسهای بهداشتی مجزا جهت بیماران و کارکنان می باشد.

تبصره ۱- استاندارد ها، نحوه تقسیم و مترژهریک از فضاها همچنین امکانات و چیدمان آنها در هر قسمت بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت و مقررات این آیین نامه خواهد بود

تبصره ۲- درمانگاه بایستی امکانات لازم از قبیل آسانسور، رمپ و... جهت تردد و انتقال بیماران ناتوان، توانخواهان و سالمندان و همچنین جای پارک و یلچر را دارا باشد

تبصره ۳- در صورت شبانه روزی بودن درمانگاه وجود اتاق استراحت الزامی است.

تبصره ۴- اتاق استریلیزاسیون باید دارای سینک شستشو و میز یکینگ بوده و تاسقف کاشی کاری شده و یا با سایر مصالح مشابه غیر متخلخل پوشیده شده باشد.

**ماده ۲۱-** یونیت ها و سایر تجهیزات و مواد مصرفی برای اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری از درمانگاه باید مطابق با ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت تهیه و مورد استفاده قرار گیرند.

**ماده ۲۲-** وجود حداقل یک دستگاه اتوکلاو حداقل ۱۷ لیتری کلاس B و یا تکنولوژی های بالاتر برای اخذ مجوز تاسیس و بهره برداری از درمانگاه (تا هر ۵ یونیت) الزامی است.

تبصره- تعداد و حجم اتوکلاو مورد نیاز برابر ضوابط و استانداردهای مصوب وزارت خواهد بود

**ماده ۲۳-** وجود حداقل یک دستگاه رادیوگرافی پری اپیکال در درمانگاه الزامی است.

**ماده ۲۴-** استفاده از دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی (پانورامیک، سفالومتری و...) و cbct باید مطابق با ضوابط سطح بندی بوده و بدون اخذ مجوز بخش رادیولوژی دهان و فک و صورت ممنوع است و در صورت تأیید درخواست استفاده از این دستگاه ها در درمانگاه، رعایت ضوابط و استانداردهای حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که با هماهنگی مرکز سلامت محیط و کار و سازمان انرژی اتمی ایران تدوین می شود و اخذ تأییدیه های لازم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده ۴ قانون حفاظت در برابر اشعه الزامی است

تبصره: درمانگاه های دندانپزشکی موجود (دارای پروانه بهره برداری) در صورت درخواست بکارگیری دستگاههای رادیوگرافی خارج دهانی (پانورامیک، سفالومتری و...) و cbct، الزاما باید نسبت به ارائه درخواست افزایش بخش رادیولوژی فک و دهان و صورت و رعایت ضوابط فوق اقدام نمایند.

**ماده ۲۵-** تامین دارو، تجهیزات و وسائل اورژانس (شامل کپسول اکسیژن، قفسه دارویی، ست احیاء و ... حتی المقدور الکتروشوک) در درمانگاه الزامی است.

تبصره ۱- استفاده از دستگاه الکتروشوک باید توسط افراد مجاز که دوره های خاص یا بازآموزی CPR را گذرانده و دارای گواهینامه معتبر از مراکز علمی مورد تأیید وزارت باشند، صورت گیرد.

تبصره ۲- وجود حداقل ۵ ست دندانپزشکی استریل یا یکبار مصرف آماده به ازای هر دندانپزشک فعال براساس رشته فعالیت در هر شیفت الزامی است.

تبصره ۳- رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و کنترل عفونت و ایمنی بیماران و کارکنان در تامین و کاربرد مواد و وسایل ارائه خدمات بر اساس دستورالعمل های مصوب الزامی است.

**ماده ۲۶-** انجام خدمات دندانپزشکی همراه با خدمات بیهوشی مستلزم رعایت ضوابط دستورالعمل پیوست می باشد.